

北里大学病院 臨床検査基準値一覧

北里大学病院 臨床研究推進センター Ver. 12 2025年1月27日作成

臨床検査部：2025年1月21日改定版 準拠

作成責任者： 石倉 健司

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【血算・凝固線溶】											
血算一式(末梢血液一般検査)					EDTA全血	A管	不可	2	2	30分	
WBC(白血球)	3.3-8.6	× 10 ³ /μL	有	半導体を用いたフローサイトメトリー法							
RBC(赤血球)	M: 4.35-5.55 F: 3.86-4.92	× 10 ⁶ /μL	有	シースフローDC検出法							
Hb(血色素量)	M: 13.7-16.8 F: 11.6-14.8	g/dL	有	SLSヘモグロビン法 (Sodium Lauryl Susfate)							
Hct(ヘマトクリット)	M: 40.7-50.1 F: 35.1-44.4	%	有	シースフローDC検出法							
MCV	83.6-98.2	fl	有	計算式による							
MCH	27.5-33.2	pg	有	計算式による							
MCHC	31.7-35.3	g/dL	有	計算式による							
RDW-CV	11.6-14.0	%		シースフローDC検出法							
血小板	15.8-34.8	× 10 ⁴ /μL	有	シースフローDC検出法							
白血球分類(5DIFF)				半導体を用いたフローサイトメトリー法							
Neutrophil (NEUT)	50.0-70.0	%									
Eosinophil (EOSINO)	2.0-5.0	%									
Lymphocyte (LYMPH)	20.0-40.0	%									
Monocyte (MONO)	3.0-6.0	%									
Basophil (BASO)	0.2-1.0	%									
好中球数	設定なし	/μL	有								
総リンパ球数	設定なし	/μL	有								
網赤血球数	M:3.48-12.21 F: 3.09-10.82	× 10 ⁴ /μL		半導体を用いたフローサイトメトリー法	EDTA全血	A管	不可	2	2	30分	
	網赤血球(%)				0.8-2.2	%		半導体を用いたフローサイトメトリー法	EDTA全血	A管	
臍帯血セット(血算・分類)	設定なし				臍帯血	A管	不可	2	2	当日中	
PT(血漿プロトロンビン時間)	11.0-14.0	sec									
PT-%	80-120	%		散乱光度法(凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
PT-INR	設定なし		有								
APTT (活性部分トロンボプラスチン時間)	24.0-39.0	sec	有	散乱光度法(凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
FIB(Fibrinogen)	200-400	mg/dL	有	散乱光度法(凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
可溶性フィブリン(SF)	7.0未満	μg/mL		ラテックス免疫比濁法	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
プラスミン・α 2PI複合体(PIC)	0.8未満	μg/mL		ラテックス免疫比濁法	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
ATⅢ	80-130	%		吸光度法(合成基質法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
FDP (フィブリン・フィブリノゲン分解産物定量)	5.0未満	μg/mL	有	ラテックス免疫比濁法	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
Dダイマー	1.0以下	μg/mL	有	ラテックス免疫比濁法	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分	
クロスミキシング試験 (凝固因子インヒビター定性)	設定なし			散乱光度法	クエン酸血漿	B管	不可	1.8	1.8	当日中	×
IPF(Immature Platelet,Fractionr,レチプレート)	0.9-6.7	%		半導体を用いたフローサイトメトリー法	EDTA全血	A管	不可	2	2	30分	
ED27血小板数 (ED27-PLT)	15.8-34.8	× 10 ⁴ /μL		シースフローDC検出法	EDTA全血	ED27管	不可	2	2	30分	
目視血小板数(PLT-EYE)	15.8-34.8	× 10 ⁴ /μl		目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	60分	×
破碎赤血球%(FRA)	0-0.5	%		目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日中	×
血中寄生虫検査(マラリア)	(-)			目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日中	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
白血球目視分類(末梢血液像)											
Myeloblast (MYEL-B)	0	%		目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日中	×
Promyelocyte (PRO-M)	0										
Myelocyte (MYELO)	0										
Metamyelocyte (MET-M)	0										
Band form (STAB)	2.0-13.0										
Segment form (SEGMNT)	50.0-70.0										
Eosinophil (EOSINO)	2.0-5.0										
Lymphocyte (LYNP)	20.0-40.0										
Monocyte (MONO)	3.0-6.0										
Basophil (BASO)	0.2-1.0										
A-LYMP	0									当日中	
EBL(赤芽球)	0	/100WBC								当日中	
出血時間(Duke法、Bleeding Time)	1.0 - 5.0	min		Duke法	耳朶血					15分	×
赤沈(ESR)	M:2-10	mm/H	有	キャピラリーフォトメトリー法	EDTA全血	赤沈管	不可	2	2	18分	
	F:3-15										
末梢血 NAP(好中球アルカリフォスファターゼ)											
NAP-SCOR	M:170-335			朝長法	末梢血	耳朶血	不可	適宜	適宜	2日	×
	F:189-367										
NAP-RATE	M:61.0-100.0	%									
	F:68.0-100.0										
末梢血 Peroxidase	設定なし			ジアミノベンジン法(DAB法)	EDTA全血	A管				2～3日	×
末梢血 Esterase	設定なし			αナフチルブチレート-A SDクロロアセテート 2重染色法	EDTA全血	A管				2～3日	×
骨髓像											
骨髓 Peroxidase	別紙報告			ジアミノベンジン法(DAB法)	骨髓液	A管	不可	0.3	2	5～7日	×
骨髓 PAS	別紙報告			Periodic-Acid Shiff反応 (過ヨウ素酸シッフ反応)							
骨髓 鉄	別紙報告			ベルリン青法							
骨髓 Esterase	別紙報告			αナフチルブチレート-A SDクロロアセテート 2重染色法						2～3日	
血小板粘着能(Platelet Adherence) コラーゲン法	30-70	%		コラーゲンカラム法 Savzman法	EDTA血:前 EDTA血:後	A管	不可	前後 各2.0	前後 各2.0	30分	×
血小板凝集能(Platelet Aggligation) ADP他	ADP 1.0μM >50 2.5μM >60 5.0μM >70	%		光電光度計による 比濁法(Born法)	クエン酸血漿	B管 3本	不可	各 1.8	5.4	当日中	×
【穿刺液】											
髄液蛋白	10-40	mg/dL				滅菌スピッツ		0.2	1	60分	
髄液糖	50-75	mg/dL					0.2				
髄液細胞数	0-5	コ/μℓ					0.5				
髄液 P:M比	設定なし						0.5				
IgG〔髄液〕	0-4	mg/dL		TIA法	髄液	滅菌スピッツ	凍結	0.5	5	45分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【生化学・免疫】											
グリコヘモグロビン(HbA1c)	4.6-6.2(NGSP)	%		HPLC 法	G管全血	G管	冷蔵	1	1	30分	
ヘモグロビンF	設定なし	%		HPLC 法	G管全血	G管	冷蔵	0.5	1	30分	
血糖	73-109	mg/dL		GOD 電極法	G管血漿	G管	冷蔵	0.5	2	30分	
血糖(血清)	73-109	mg/dL		HK-G6PDH 法	血清	C黄管	凍結	0.5	2	40分	
グリコアルブミン(GA)	11.0-16.0	%		酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	3	40分	
総蛋白(T.P)	6.6-8.1	g/dL	有	ビウレット法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
アルブミン.(Alb)	4.1-5.1	g/dL	有	改良BCP 法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
総ビリルビン (T-Bil)	0.4-1.5	mg/dL	有	バナジン酸酸化法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
直接ビリルビン(D-BIL)	0.0 -0.3	mg/dL		バナジン酸酸化法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
尿素窒素(UN)	8.0-20.0	mg/dL	有	イソクエン酸脱水素酵素(ICDH)によるアンモニア消去法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
クレアチニン(CRE)	M 0.65-1.07	mg/dL	有	酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 0.46-0.79	mg/dL									
eGFR	60以上	ml/min/1.73m ²		日本腎臓病学会(2008)日本小児腎臓病学会(2019)の計算式による							
尿酸(UA)	M:3.7-7.0	mg/dL	有	ウリカーゼ POD 法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:2.6-7.0	mg/dL									
AST(GOT)	13-30	U/L	有	JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
ALT(GPT)	M:10-42	U/L	有	JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:7-23										
アルカリフォスファターゼ(ALP)	38-113	U/L	有	IFCC法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
γ-GTP	M 13-64	U/L	有	JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 9-32	U/L									
血清コリンエステラーゼ(S-CH-E)	M:240-486	U/L	有	JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:201-421										
LD(LDH乳酸脱水素酵素)	124-222	U/L	有	IFCC法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
CK (CPKクレアチンフォスファキナーゼ)	M 59-248	U/L	有	JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 41-153	U/L									
アミラーゼ(AMYLASE)	44-132	U/L		JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
膵型アミラーゼ(P-AMY)	15-50	U/L		JSCC標準化対応法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
リパーゼ(Lip)	16-55	U/L		酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
総胆汁酸(TBA)	<10.0	μmol/l		酵素サイクリング法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
LAP	30-70	U/L		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
CRP定量	0.14以下	mg/dL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
総コレステロール(T-Cho)	142-248	mg/dL	有	COD-POD 酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
中性脂肪(TG、トリグリセライド)	M:40-149	mg/dL	有	FG消去酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:30-149										
HDLコレステロール(HDL-C)	M 40-90	mg/dL		選択的抑制法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 40-103	mg/dL									
LDLコレステロール(LDL-C)	65-139	mg/dL		選択的可溶化法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
Na(ナトリウム)	138-145	mmol/L	有	電極法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
K(カリウム)	3.6-4.8	mmol/L	有	電極法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
CL(クロール)	101-108	mmol/L	有	電極法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
CA(Ca,カルシウム)	8.8-10.1	mg/dL	有	MXB法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
IP(P,無機リン)	2.7-4.6	mg/dL	有	酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
FE(血清鉄)	40-188	μg/dL		バソフェナントロリン 直接法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
		μg/dL									
TIBC	M 250 - 380	μg/dL		バソフェナントロリン 直接法(計算法)	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 250 - 450	μg/dL									
UIBC	191-269	μg/dL		バソフェナントロリン 直接法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
Mg(マグネシウム)	1.8-2.4	mg/dL		酵素法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
CK-MB	≤12.0	U/L		免疫阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
トロポニンT	0.000-0.014	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
ミオグロビン	M:0.0-97.0	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:0.0-74.0										
NT-Pro BNP	55以下	pg/ml		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	3	40分	
乳酸	4.0-16.0	mg/dL		酵素法	FH血漿	FH管	凍結	0.5	2	40分	
アンモニア	12-66	μg/dL		酵素法	ヘパリン血漿	H管	不可	0.5	2	40分	
重炭酸塩	M: 22.5-26.9 F: 21.8-26.2	mmol/L		酵素法	血清	C黄管	不可	0.5	5	40分	
動脈血ケトン体比(AKBR)	0.7以上			酵素サイクリング法	ヘパリン血漿	H管	不可	0.5	2	40分	
アセト酢酸	70以下	μmol/L		酵素サイクリング法							
3-ヒドロキシ酪酸	80以下	μmol/L		酵素サイクリング法							
ケトン体分画	設定なし	μmol/L		酵素サイクリング法	血清	C黄管	凍結	0.5	2	40分	
アセト酢酸	14-68	μmol/L		酵素サイクリング法							
3-ヒドロキシ酪酸	74以下	μmol/L		酵素サイクリング法							
浸透圧(OSMO)	282-297	mOsm/kg・H ₂ O		氷点降下法	血清	C黄管	凍結	0.5	3	60分	
A/G 比	1.32-2.23			計算法 ALB/(TP-ALB)	血清	C黄管	凍結	0.5		40分	
プレアルブミン	22.0-40.0	mg/dl		TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
レチノール結合蛋白(RBP)	1.7-5.6	mg/dl		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
亜鉛(Zn)	80-130	μg/dl		直接法(キレート比色法)	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
RF(リウマトイド因子)	0-15	IU/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
KL-6(シアリル化糖鎖抗原)	<500	U/ml		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
SP-D(サーファクタント蛋白D)	109.8以下	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
MMP-3 (マトリックスメタロプロティナーゼ3)	M:35.2-123.8	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:16.1-56.8										
インスリン	1.15-12.15	μU/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
TSH(甲状腺刺激ホルモン)	0.50-5.00	μIU/mL	有	ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)	2.30-4.00	pg/mL	有	ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
FT4(遊離サイロキシン)	0.90-1.70	ng/dL	有	ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
TRAb(TSH抗レセプター抗体)	<2.00	IU/L		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
HCG (ヒト胎盤絨毛性ゴナドトロピン)	M:0-2 F:0-3	mIU/mL	有	ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
エストラジオール(E2)	M:14.6-48.8 F: 卵胞期 28.8-196.8 排卵期 36.4-525.9 黄体期 44.1-491.9 閉経後 47.0以下 妊娠女性 初期 208.5-4289 中期 2808-28700 後期 9875-31800	pg/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
黄体形成ホルモン(LH)	M: 1.7-8.6 F: 卵胞期 2.4-12.6 排卵期 14.0-95.6 黄体期 1.0-11.4 閉経期 7.7-58.5	mIU/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
卵胞刺激ホルモン(FSH)	M: 1.5-12.4 F: 卵胞期 3.5-12.5 排卵期 4.7-21.5 黄体期 1.7-7.7 閉経期 25.8-134.8	mIU/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
プロゲステロン	M: 0.2以下 F: 卵胞期 0.3以下 排卵期 5.7以下 黄体期 2.1-24.2 閉経期 0.3以下 妊娠女性 初期 12.0-51.8 中期 24.3-82.0 後期 63.5-174.4	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
プロラクチン(PRL)	M: 4.29-13.69 F: 閉経前 4.91-29.32 閉経後 3.12-15.39	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
コルチゾール	6-10時 7.07-19.60 16-20時 2.96-9.77	μg/dL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)	7-10時 7.2~63.3	pg/mL		ECLIA法	血漿	A管氷冷	凍結	0.5	2	40分	
副甲状腺ホルモン(PTH-インタクト)	10-65	pg/mL		ECLIA法	血漿	EDTA管	凍結	0.5	2	40分	
サイログロブリン(Tg)	33.70以下	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
抗サイログロブリン抗体(抗TgAb)	28未満	IU/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体)	16未満	IU/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
プロカルシトニン【血液】	参考基準値： 0.046 細菌性敗血症診断カットオフ値 ＜0.5: 重症敗血症リスク低い ≥2.0: 重症敗血症リスク高い	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
IgG	861-1747	mg/dL	有	TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
IgA	93-393	mg/dL	有	TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
IgM	M:33-183	mg/dL	有	TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F:50-269										
IgG4	11.0-121.0	mg/dL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
フェリチン(FERRITIN)	M 13 -277	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	F 5 - 152										
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)	73-138	mg/dL		TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
C4(β 1Eグロブリン)	11-31	mg/dL		TIA法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
CH50(血清補体価)	25-45	U/ml		補体溶血法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
可溶性インターロイキン2レセプター	122-496	U/ml		ラテックス免疫比濁法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
CEA(癌胎児性抗原)	0.0 - 5.0	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
AFP(α -フェトプロテイン)	0-10	ng/mL	有	ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
CA19-9	0-37	U/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
CA125	0-35	U/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
CA15-3	0-25	U/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
CA72-4	0.0-6.9	U/ml		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
PSA(前立腺特異抗原)	0.00-4.00	ng/mL		ECLIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
PIVKA II	0-39	mAV/mL		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
TPLA(梅毒検査)	(-) : 0-9	U/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	(+-) : 10-19	U/mL									
	(+) : ≥20	U/mL									
RPR(梅毒検査)	(-) : 0.0-0.9	R.U.		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
	(+-) : 1.0-2.9	R.U.									
	(+) : ≥3.0	R.U.									
HBs-抗原定量 (B型肝炎ウイルス表面抗原)	(-) : 0.005未満	IU/mL		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
	(+) : 0.005以上	IU/mL									
HBs-抗体(B型肝炎ウイルス表面抗体)	0-9	mIU/mL		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
HCV抗体-Ⅲ(C型肝炎ウイルス)抗体	(-) 0-0.9	C.O.I.		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
	(判定保留) 1.0-1.9	C.O.I.									
HBc-抗体(B型肝炎ウイルスコア抗体)	(-) 0-0.7	C.O.I.		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
	(判定保留) 0.8-1.1	C.O.I.									
HIV抗原抗体(CLEIA法)	(-) 0-0.9	C.O.I.		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
術前HIV抗原抗体(CLEIA法)病院負担	(-) 0-0.9	C.O.I.		CLEIA法	血清	C青管	凍結	0.5	5	40分	
SARS-CoV-2抗原定量	(-) <1.00	pg/mL		CLEIA法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ	冷蔵	適宜	適宜	80分	
術中臍アミラーゼ	設定なし	U/L		JSCC標準化対応法	臍液	滅菌スリット	凍結	0.5	5	60分	
腹水溶血チェック	設定なし			比色法	腹水	C黄	凍結	0.5	5	45分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【血液ガス】											
動脈血ガス					ヘパリン血液 (動脈血)	ヘパリンシリシ	不可	2.5	2.5	5分	
pH	7.350 – 7.450			電極法							
pCO2	35.0–45.0	mmHg									
pO2	80.0以上	mmHg									
重炭酸イオン	21.0–27.0	mmol/L		計算式による							
BE	–2.3 – +2.3	mmol/L									
酸素飽和度	95以上	%									
Caイオン	1.15–1.35	mmol/L		電極法							
酸素化Hb	94.0–97.0	%									
還元Hb	0.0–5.0	%									
カルボキシHb	0.0–1.5	%									
メトHb	0.0–1.5	%									
末梢静脈血					ヘパリン血液 (末梢静脈血)	ヘパリンシリシ	不可	2.5	2.5		
中心静脈血					ヘパリン血液 (中心静脈血)	ヘパリンシリシ	不可	2.5	2.5		
混合静脈血					ヘパリン血液 (混合静脈血)	ヘパリンシリシ	不可	2.5	2.5		
【尿化学】											
CCR(30分3回法)外来予約用	70–130 年齢により異なる	mL/min		30分3回計算法	血清 尿 × 3	C黄管 U1管 × 3	冷蔵 (凍結可)	0.5 0.5 × 3	5	45分	
CCR(30分3回法)病棟様										45分	
24時間CCR	69.0–175.0	l/day		24時間1回計算法	血清 尿	C黄管U1 管	冷蔵(凍結可)	0.5 0.5	5	45分	
尿中蛋白定量	設定なし	mg/dL		ピロガロールレッド法	任意尿、蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿中糖定量	設定なし	g/dL		HK–G6PDH 法	任意尿、蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿素窒素(UN)	設定なし	mg/dL		ウレアーゼUV 法	任意尿、蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
クレアチニン(CREATININIE)	設定なし	mg/dL		酵素法	任意尿、蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿酸(U.A)	設定なし	mg/dL		ウリカーゼ POD 法	任意尿、蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
OSMO(浸透圧)	参考基準範囲 (590–1010)	mOsm/kg.H2O		氷点降下法	任意尿	U1管	凍結	0.5	5	60分	
Na(ナトリウム)	設定なし	mmol/L		電極法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
K(カリウム)	設定なし	mmol/L		電極法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
CL(クロール)	設定なし	mmol/L		電極法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
CA(Ca,カルシウム)	設定なし	mg/dL		MXB法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
IP(P、無機リン)	設定なし	mg/dL		酵素法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
Mg(マグネシウム)	設定なし	mg/dL		酵素法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿中微量アルブミン	設定なし	mg/L		TIA法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿中微量アルブミン	0.0 – 16.0	mg/g・Crea		TIA法	任意尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
アミラーゼ(AMYLASE)	設定なし	U/L		JSCC標準化対応法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
腓型アミラーゼ(P-AMY)	設定なし	U/L		JSCC標準化対応法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
尿中NAG (N–アセチルグルコサミニダーゼ)	0–10.9	U/L		MPT– NAG基質法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
ミグロビン	設定なし	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	任意尿 蓄尿	U1管	不可	0.5	5	45分	
IgG	設定なし	mg/dL		TIA法	任意尿 蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
IgA	設定なし	mg/dL		TIA法	任意尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
IgM	設定なし	mg/dL		TIA法	任意尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
推定蛋白摂取量の算出	設定なし	mg/day		蓄尿BUN、 蓄尿量、体重より算出	蓄尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
推定1日食塩摂取量の算出	設定なし	g/day		任意尿Na Cre 身長、 体重、年齢より算出	任意尿	U1管	凍結	0.5	5	45分	
【一般検査】											
定性一式＋沈査 AUTO					尿	黄スビッツ	不可	10	10	30分	
定性一式					尿	黄スビッツ	不可	10	10	15分	
比重	1.005－1.030			試験紙法							
pH	5.0－7.5										
糖	(－)										
蛋白	(－)										
潜血	(－)										
ケトン体	(－)										
ビリルビン	(－)										
ウロビリノーゲン	(＋－)										
亜硝酸塩	(－)										
尿沈渣					尿	黄スビッツ	不可	10	10	30分	一部項目
赤血球	<5	毎視野HPF									×
白血球	<5	毎視野HPF									
上皮											×
円柱											×
結晶											×
細菌											
マルベリー小体					尿	黄スビッツ	不可	10	10	当日中	×
気管支洗浄液一式		/μL % % % % % %					不可			60分	×
HCG定性 (ヒト胎盤絨毛性ゴナドトロピン)				金コロイド免疫クロマト法				3	3	15分	
尿中BTA(泌尿器外来専用)	(－)			ラテックス凝集法			不可	3	5	30分	×
便潜血(免疫法)	0－99	ng/mL		ラテックス免疫比濁法			冷蔵			30分	×
	(－)										
精液検査 (スクリーニングは下記の全項目) (人工受精(AIH)は※項目のみ)					精液	PP遠沈管	不可	0.6 0.1※	0.6 0.1※	60分	×
精子濃度	16以上	10^6/mL		光学法(SQA-V)							
運動率	42以上	%									
正常形態率	4以上	%									
精液量 ※	1.4以上	mL									
運動精子濃度 ※	設定なし	10^6/mL									
平均精子速度 ※	設定なし	μm/秒									
SMI ※	設定なし										
総精子数	39以上	10^6/精液中									
総運動精子数	設定なし	10^6/精液中									

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【血中薬物濃度】											
ティコプラニン(タゴシット)	10.0-30.0	μg/mL		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
アルベカシン(ハベカシン)	ピーク9-20 トラフ<2.0	μg/mL		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
バンコマイシン	10.0-20.0	μg/mL		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
ゲンタマイシン	ピーク8.0-20.0 トラフ<1.0	μg/mL		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
フェノバルビタール	10.0-25.0	μg/mL	有	ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
フェニトイン	10.0 - 20.0	μg/mL	有	ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
カルバマゼピン	4.0-12.0	μg/mL	有	ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
バルプロ酸	40.0-120.0	μg/mL	有	ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
テオフィリン	5.0-20.0	μg/mL	有	ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
ジゴキシシン	0.5-2.0	ng/mL		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
メトトレキサート	設定なし	μmol/l		ラテックス免疫凝集阻害法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分	
シクロスポリン	設定なし	ng/mL		ACMIA法	EDTA全血	EDTA管	凍結	0.5	5	60分	
タクロリムス	設定なし	ng/mL		ACMIA法	EDTA全血	A管	凍結	0.5	5	60分	
リチウム(Li)	0.60-1.20	mmol/l	有	吸光光度法	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
アセトアミノフェン	設定なし	μg/mL		酵素法	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
エチルアルコール(血中)	0.0-3.0	mg/dL		酵素法	血清	C茶管	不可	0.5	5	60分	
ミコフェノール酸モフェチル	設定なし	μg/mL		改良型免疫阻害比濁法 (PETINIA法)	血清	C茶管	凍結	0.5	5	60分	
【迅速抗原検査】											
アデノウイルス抗原【結膜】	(-)			IC法	結膜ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
アデノウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
アデノウイルス抗原(IC法)【便】	(-)			IC法	便	滅菌スリット	凍結		適宜	30分	×
アデノウイルス抗原【結膜】北里関係者	(-)			IC法	結膜ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
アデノウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
アデノウイルス抗原(IC法)【便】北里関係者	(-)			IC法	便	滅菌スリット	凍結		適宜	30分	×
ロタウイルス抗原【便】	(-)			IC法	便	滅菌スリット	凍結		適宜	30分	×
インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分	
インフルエンザウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】北里関係者	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分	
インフルエンザウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分	
RSウイルス抗原【鼻汁】	(-)			IC法	鼻汁ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分	
RSウイルス抗原【喀痰】	(-)			IC法	喀痰	喀痰容器			適宜	30分	
尿中レジオネラ抗原	(-)			IC法	尿	滅菌スリット	凍結	0.5	5	30分	×
尿中肺炎球菌夾膜抗原	(-)			IC法	尿	滅菌スリット	凍結	0.5	5	30分	×
CDトキシシン	(-)			IC法	便	滅菌スリット	冷蔵	0.5	0.5	30分	×
髄膜炎起因菌キット	(-)			ラテックス凝集法	髄液	滅菌スリット	冷蔵	0.5	1	30分 ～ 1時間	×
A群ベータ溶血連鎖球菌抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×
百日咳菌抗原【鼻咽頭】	(-)			IC法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ	凍結		適宜	30分	×
ヒトメタニューモウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分	
肺炎球菌抗原【喀痰・咽頭】	(-)			IC法	喀痰 咽頭ぬぐい	滅菌容器 咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
マイコプラズマ抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×
水痘・帯状疱疹ウイルス抗原【皮疹内容】	(-)			IC法	皮疹内容物ぬぐい	スポンジスワブ	冷蔵		適宜	30分	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
単純ヘルペスウイルス抗原 【性器・皮疹内容】	(-)			IC法	性器ぬぐい 皮疹内容物 ぬぐい	スポンジスワブ	冷蔵		適宜	30分	×
【遺伝子・染色体】											
MAJOR BCR/ABL キメラRNA定性	(-)			RT-PCR法	EDTA血液	EDTA管	不可	5	5	1～2日	×
MINOR BCR/ABLキメラRNA定性	(-)			RT-PCR法	EDTA血液	EDTA管	不可	5	5	1～2日	×
PML/RARa-1キメラ RNA (15;21)定性	(-)			RT-PCR法	EDTA血液	EDTA管	不可	5	5	1～2日	×
MAJOR BCR/ABL キメラRNA定性	(-)			RT-PCR法	骨髓穿刺液	A管	不可	0.5	2	1～2日	×
MINOR BCR/ABLキメラRNA定性	(-)			RT-PCR法	骨髓穿刺液	A管	不可	0.5	2	1～2日	×
PML/RARa-1キメラ RNA (15;21)定性	(-)			RT-PCR法	骨髓穿刺液	A管	不可	0.5	2	1～2日	×
minor BCR/ABL mRNA定量	設定なし			RT-PCR法	骨髓穿刺液	A管	不可	0.5	2	1～2日	×
Leber DNA				Direct sequence MGB-Probe	血液	EDTA管	不可		5	4～6日	×
SARS-Cov-2 PCR	(-)			RT-PCR法	唾液	滅菌容器	凍結	1	1	1日	×
SARS-Cov-2 PCR	(-)			RT-PCR法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ+滅菌生食1mL	凍結	1	1	1日	×
FilmArray髄膜炎・脳炎パネル	(-)			マイクロアレイ法	髄液	滅菌スリット	凍結	0.6	0.6	2時間	×
HLA DNA Typing献腎(A,B,DR)				PCR—SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2～3日	×
HLA DNA Typing生体レシピエント(A,B,DR)				PCR—SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2～3日	残検体での検査不可
HLA DNA Typing生体ドナー(A,B,DR)				PCR—SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2～3日	×
HLA DNA TypingDQ				PCR—SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2～3日	×
リンパ球クロスマッチ レシピエント				FCM	血液	C茶管	不可	3	5	2～3日	×
リンパ球クロスマッチ ドナー(C茶管+H管)				FCM	血液	H管 C茶管	不可	15 3	15 3	2～3日	×
先天性疾患染色体G-Band【末梢血】	設定なし			G-Band法	末梢血	H管	不可	1	5	2～3週間	×
先天性疾患染色体G-Band【臍帯血】	設定なし			G-Band法	臍帯血	ヘパリンシリシジ	不可	1	5	2～3週間	×
先天性疾患染色体G-Band【絨毛】	設定なし			G-Band法	絨毛	専用容器	不可	適宜	適宜	1ヶ月	×
先天性疾患染色体G-Band【組織】	設定なし			G-Band法	組織	専用容器	不可	適宜	適宜	1ヶ月	×
出生前染色体G-Band【羊水】	設定なし			G-Band法	羊水	専用容器	不可	15	15	3週間	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【輸血】											
CD34	設定なし	/μL		フローサイトメトリー法	EDTA血液	A管	不可		2	1～2時間	×
輸血検査（交差試験・不規則抗体検査）	陰性 陰性 陰性			カラム凝集法 間接抗グロブリン法 酵素法（フィシン法）	血漿・血球 血清	輸血検査用・C茶管	遠心後冷蔵	7 4	7 4	40分	
ABO・Rh(D)血液型				カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	20分	
臍帯血ABO・Rh(D)血液型				カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	20分	
直接クームス試験	陰性 O O			カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	20分	
臍帯血直接クームス試験	陰性 O O			カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	20分	
間接クームス試験	陰性 O			カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	30分	
間接クームス試験（輸血予定患者用）	陰性 O O			カラム凝集法 間接抗グロブリン法 酵素法（フィシン法）	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	40分	
臍帯血間接クームス試験	陰性 O			カラム凝集法	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	30分	
抗体価測定（母児不適合妊娠）				試験管法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5	5	1～2日	×
臍帯血抗体価測定（母児不適合妊娠）				試験管法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血漿球 血	EDTA管	遠心後冷蔵	5		1～2日	×
腎移植用抗A抗体価測定				カラム凝集法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1～2日	×
腎移植用抗B抗体価測定				カラム凝集法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1～2日	×
抗A抗体価測定				カラム凝集法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1～2日	×
抗B抗体価測定				カラム凝集法 （生食法、間接抗グロブリン法）	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1～2日	×
輸血前感染症検査					血清	C茶管	冷蔵	6	6		×
輸血後感染症検査（輸血後2～3ヵ月後に実施）					血清	C茶管	冷蔵	6	6		×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
【微生物】											
細菌 【呼吸器系由来】				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	喀痰	喀痰容器	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	鼻腔	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	口腔	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	歯肉	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	舌苔	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	咽頭	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	気管内吸引物	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	気管支洗浄	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	呼吸系カチップ	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【消化器系由来】				培養同定・薬剤感受性	便	細菌便容器	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	胃液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	十二指腸液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	胆汁	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	膵液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	大腸	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	消化器系カチップ	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【血液穿刺液】				培養同定・薬剤感受性	血液	カルチャーボトル	室温			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	穿刺液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	髄液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	胸水	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	腹水	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	関節液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	心嚢液	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	骨髓穿刺液	ヘパリン添加	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	羊水	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	前房水	滅菌スピンツ	冷蔵			3～7日	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	水泡内容物	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	腫瘍内容液	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	血液カテ	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	穿刺カテ	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【皮膚糸状菌検索】				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	皮膚	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	組織	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	爪	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	鱗屑	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	毛髪	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【泌尿生殖器由来】				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	尿	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	膀胱穿刺液	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	尿道分泌物	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	膣分泌物	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	頸管内容	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	膣内容	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	子宮内用	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	胎盤	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹検査	外陰部	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性	泌尿生殖器系カテチップ	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【その他】				培養同定・薬剤感受性塗抹	膿	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	浸出液	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	PD排液	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	ドレーン	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	皮膚	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	眼脂	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	耳漏	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	扁桃	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
				培養同定・薬剤感受性塗抹	リンパ節	滅菌スピン	冷蔵			3～7日	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
				培養同定・薬剤感受性塗抹	組織	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	骨	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	爪	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	鱗屑	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	毛髪	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	角膜	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	肺臓	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	腎臓	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	臍	シート・スワブ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定・薬剤感受性塗抹	その他	滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
細菌 【骨バンク専用】				培養同定		滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
				培養同定		滅菌スリッ	冷蔵			3～7日	×
抗酸菌 【呼吸器系由来】				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	喀痰	喀痰容器	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	咽頭	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)・PCR	胃液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹	気管支搾過	スライト・ガラス	冷蔵			1～2日	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	気管内吸引物	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	気管支洗浄	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	呼吸系分泌物	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
抗酸菌 【消化器系由来】				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	便	滅菌容器	冷蔵			1～2ヶ月	×
				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	大腸	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
抗酸菌 【泌尿生殖器由来】				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	尿	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	尿道分泌物	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	膣分泌物	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	膀胱洗浄液	滅菌スリッ	冷蔵			1～ 2ヶ月	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保 存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
抗酸菌 【血液穿刺液】				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)・PCR	血液（P C R）	EDTA管	冷蔵			1～2ヶ月	×
					血液（培養）	ヘパリン管	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	穿刺液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	髄液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	胸水	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	腹水	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	関節液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	心嚢液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	骨髄穿刺液	ヘパリン添加	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	水泡内容物	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	腫瘍内容液	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
抗酸菌 【その他】				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	膿	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	浸出液	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	皮膚	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	耳漏	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL)	扁桃	シート・スワブ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	リンパ節	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	組織	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) 塗抹	骨	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) 塗抹	骨髄	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	肺臓	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) 塗抹	脾臓	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) 塗抹	肝臓	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	腎臓	滅菌スリッ	冷蔵			1～2ヶ月	×

項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告時間	当直
				塗抹・培養同定(KOBAL) 薬剤感受性(KOBAL) PCR	その他	滅菌容器	冷蔵			1～2ヶ月	×

JCCLS共用基準範囲
試薬添付文書
臨床検査提要第35版
学会推奨値など
詳細は各手順書参照

基準範囲根拠：