

Ver.12 2025年1月27日												Ver.11 2024年7月23日												変更事項	変更日
項目名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直	項目名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直		
1	クロスミキシング試験(凝固因子インヒター定性)	設定なし			散乱光度法	クエン酸血漿	B管	不可	1.8	1.8	当日中	×	クロスミキシング試験(凝固因子インヒター定性)	設定なし			散乱光度法	クエン酸血漿	B管	不可	1.8	1.8	当日	×	報告時間の変更
2	破碎赤血球% (FRA)	0-0.5	%		目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日中	×	破碎赤血球% (FRA)	0-0.5	%		目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日	×	報告時間の変更
3	血中寄生虫検査(マラリア)	(-)			目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日中	×	血中寄生虫検査(マラリア)	(-)			目視法	EDTA全血	A管	不可	2	2	当日	×	報告時間の変更
4													Parpart試験(赤血球抵抗試験)	設定なし			Parpart Dacie	脱線維素血	特殊血液	不可		10	2日	×	項目削除
5	血糖	73-109	mg/dL		GOD 電極法	G管血漿	G管	冷蔵	0.5	2	30分		血糖	73-109	mg/dL		GOD 電極法	G管血漿	G管	冷蔵	0.5	3	30分		採取量変更
6	SARS-CoV-2抗原定量	(-) <1.00	pg/mL		CLEIA法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ	冷蔵	適宜	適宜	80分		SARS-CoV-2抗原定量	(-) <1.00	pg/mL		CLEIA法	鼻咽頭ぬぐい	スワブ	冷蔵	適宜	適宜	80分		容器変更
7	CCR(30分3回法)外来予約用	70-130年齢により異なる	mL/mL		30分3回計算	血清尿×3	C黄管U1管×3	冷蔵(凍結可)	0.5 0.5×3	5	45分		CCR(30分3回法)外来予約用	70-130年齢により異なる	mL/mL		30分3回計算	血清尿×3	C黄管U1管×3	冷蔵	0.5 0.5×3	5	45分		保存変更
8	CCR(30分3回法)病棟様										45分		CCR(30分3回法)病棟様										45分		
9	24時間CCR	69.0-175.0	l/day		24時間1回計	血清尿	C黄管U1管	冷蔵(凍結可)	0.5 0.5	5	45分		24時間CCR	69.0-175.0	l/day		24時間1回計	血清尿	C黄管U1管	冷蔵	0.5 0.5	5	45分		保存変更
10	尿沈渣					尿	黄スリット	不可	10	10	30分	一部項目	尿沈渣					尿	黄スリット	不可	10	10	30分	病棟不可	当直変更
11	赤血球	<5	毎視野HPF								30分	×	赤血球	<5	毎視野HPF								30分		当直変更
12	上皮										30分	×	上皮										30分		当直変更
13	結晶										30分	×	結晶										30分		当直変更
14	細菌																								項目追加
15	マルベリー小体					尿	黄スリット	不可	10	10	当日中	×													項目追加
16	アデノウイルス抗原【結膜】	(-)			IC法	結膜ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		アデノウイルス抗原【結膜】	(-)			IC法	結膜ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
17	アデノウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		アデノウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
18	アデノウイルス抗原【結膜】北里関係者	(-)			IC法	結膜ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		アデノウイルス抗原【結膜】北里関係者	(-)			IC法	結膜ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
19	アデノウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		アデノウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
20	インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分		インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	EX002スワブ			適宜	30分		容器変更
21	インフルエンザウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		インフルエンザウイルス抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
22	インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】北里関係者	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分		インフルエンザウイルス抗原【鼻腔】北里関係者	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	EX002スワブ			適宜	30分		容器変更
23	インフルエンザウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ			適宜	30分		インフルエンザウイルス抗原【咽頭】北里関係者	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ			適宜	30分		容器変更
24	RSウイルス抗原【鼻汁】	(-)			IC法	鼻汁ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分		RSウイルス抗原【鼻汁】	(-)			IC法	鼻汁ぬぐい	EX002スワブ			適宜	30分		容器変更
25	A群ベータ溶血連鎖球菌抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×	A群ベータ溶血連鎖球菌抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ	凍結		適宜	30分	×	容器変更
26	百日咳菌抗原【鼻咽頭】	(-)			IC法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ	凍結		適宜	30分	×	百日咳菌抗原【鼻咽頭】	(-)			IC法	鼻咽頭ぬぐい	EX002スワブ	凍結		適宜	30分	×	容器変更
27	ヒトメタニューモウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	鼻腔用スワブ			適宜	30分		ヒトメタニューモウイルス抗原【鼻腔】	(-)			IC法	鼻腔ぬぐい	EX002スワブ			適宜	30分		容器変更
28	肺炎球菌抗原【喀痰・咽頭】	(-)			IC法	喀痰咽頭ぬぐい	滅菌容器咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×	肺炎球菌抗原【喀痰・咽頭】	(-)			IC法	喀痰咽頭ぬぐい	滅菌容器EX001スワブ	凍結		適宜	30分	×	容器変更
29	マイコプラズマ抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	咽頭用スワブ	凍結		適宜	30分	×	マイコプラズマ抗原【咽頭】	(-)			IC法	咽頭ぬぐい	EX001スワブ	凍結		適宜	30分	×	容器変更
30	SARS-Cov-2 PCR	(-)			RT-PCR法	鼻咽頭ぬぐい	鼻腔用スワブ+滅菌生食1mL	凍結	1	1	1日	×	SARS-Cov-2 PCR	(-)			RT-PCR法	鼻咽頭ぬぐい	EX001スワブ+滅菌生食1mL	凍結	1	1	1日	×	容器変更